

CLÁUSULA DE CONDICIÓN PARA TOMÓGRAFOS ELECTRÓNICOS

1. COBERTURA

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, la COMPAÑÍA no indemnizará al ASEGURADO por cualquier daño o pérdida derivados de una falla de los diferentes elementos y grupos constructivos, a no ser que se compruebe que han sido causados por la acción de un fenómeno exterior sobre la instalación o por un incendio producido en la misma.

Modificando los cuadros de indemnización de la Cláusula ELE502 referente a tubos y válvulas en instalaciones y equipos electroterapéuticos, para los tubos instalados en tomógrafos electrónicos rigen los siguientes parámetros:

1.1 Tubos de Rayos X

Con cuenta-horas de alta tensión (tubos de ánodo vertical): (Horas de servicio hasta)	Con contador de radiografías (scans) (tubo de ánodo giratorio): (Número de scans hasta)	Indemnización (%)
400	10,000	100
440	11,000	90
480	12,000	80
520	13,000	70
600	15,000	60
720	18,000	50
840	21,000	40
960	24,000	30
1,080	27,000	20
1,200	30,000	10

1.2 Tubos de estabilización de tensión y nivelación

Período de empleo hasta (Meses)	Indemnización (%)
36	100
39	90
41	80
44	70
47	60
49	50
52	40
55	30
57	20
60	10

2. APLICACIÓN

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de Equipo Electrónico, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.